

- 1 con il contenuto di una sola siringa quanti denti (o meglio tasche) sono trattabili mediamente? ,
R. *Dipende dal volume delle tasche, in media 4 /5.*
- 2 E' ipotizzabile trattare con il contenuto della stessa siringa , cambiando l'ago, più pazienti?
R. *Si ma con accortezza per evitare di contaminare la superficie della siringa.*
- 3 Dove si acquistano gli aghi sottili in plastica?
R. *Ultradent capillary tips (www.ultradent.it).*
- 4 L'attivatore TL-03 è dichiarato atto a illuminare tutti denti dell'arcata dentale fino ai premolari, quando di norma sono i molari i denti più colpiti (biforcazioni).
Avete in previsione la produzione di una unità simile ma in grado di comprendere i molari?
R. *No, a breve termine. Intanto è possibile utilizzare TL-01 per queste sedi.*
- 5 Con il TL-01 quanti denti si riesce ad illuminare contemporaneamente?
R. *Una o al massimo due tasche se sono adiacenti.*
- 6 A grandi linee quanti watt emettono il tl 01 ed il tl 03 ?
R. *La potenza ottica emessa da TL-01 e' di 140 mW , quella di TL-03 è di 60 mW.
Comunque in ambito di terapia fotodinamica si utilizza una metodica di computo della dose efficace basata sulla estinzione (photo-bleaching) del fotosensibilizzante. Le tempistiche previste per TL-01 sono 7 min. e per il TL-03 15 minuti. Entrambe soddisfano questo criterio.*
- 7 Sono stati fatti dei studi sui risultati combinando la terapia fotodinamica a quella farmacologica tradizionale " ampicillina/metronidazolo" associata anche alla solita detartrasi(courettage/root planning) nel caso di denti naturali?
R. *Il protocollo Aladent è stato associato ai trattamenti meccanici consueti (curettage/root planning).Uno degli obiettivi conclamati della terapia fotodinamica antimicrobica è quello di sostituire i trattamenti antibiotici, per le note problematiche di resistenza ormai presente in diversi ceppi.*
- 8 Come sopra ma riferito ad impianti la cui superficie esposta è stata o meno levigata sia meccanicamente che con getti di bicarbonato/eritritolo ?
R. *Il protocollo Aladent è stato associato ai trattamenti meccanici di levigatura delle superficie esposte dell' impianto.*
- 9 Compatibilità tra la terapia fotodinamica e le procedure rigenerative ossee in cui si utilizzano membrane riassorbibili?
R. *La fotodinamica per queste applicazioni non è prevista.*
- 10 Risultati della terapia fotodinamica nel caso di alveoliti secche , o al fine di prevenirle in siti infetti come gli ottavi seminclusi?
R. *Non è ancora disponibile una sufficiente casistica.*
- 11 Da una ricerca sul web il principio attivo per via orale è classificato come medicinale ad uso ospedaliero: il vostro gel sottostà alle stesse restrizioni?
R. *Le indicazioni d' uso del medicinale al quale si riferisce sono di tipo oncologico. Aladent, in virtù della procedura di applicazione e delle indicazioni d' uso è classificato come dispositivo medico.*